



СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ

№ 728-251

Средство измерений

Термоанализатор STA 409 PC

Наименование, тип

Заводской номер

227253H

Принадлежащее

ИМЕТ УрО РАН, г. Екатеринбург, ИНН 6661004301

наименование юридического (физического) лица, ИНН

Место проведения калибровки

ИМЕТ УрО РАН, г. Екатеринбург

Дата проведения калибровки

10 ноября 2013 г.

Методика калибровки

МП 2413-001-2008 "Термоанализаторы синхронные STA. Методика поверки", ВНИИМ им.
Д.И. Менделеева

наименование методики калибровки, номер, кем утверждена

Условия проведения калибровки

температура, °С:

22

относительная влажность, %:

49

Результаты калибровки СИ

Результаты калибровки представлены в протоколе № 76 от 10.11.2013 г.

Доказательства прослеживаемости измерений

ГСО 2312-82÷2316-82 (комплект СОТСФ), наборы гирь (1 г - 100 г), зав. № 319

наименование применяемого эталона, зав. №, неопределенность (погрешность)

Приложение к Сертификату о калибровке: протокол № 76 от 10 ноября 2013 г.

от 10.11.2013) СИ признано годным к применению.

Специалист, проводивший калибровку

оттиск калибровочного клейма


Е.П. Собина

Руководитель лаборатории


Е.П. Собина

Дата выдачи 10 ноября 2013 г.

