



РОССТАНДАРТ
Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Свердловской области»
(ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

620990, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2А
тел. (343) 350-25-83, факс (343) 350-40-81,
e-mail: uraltest@uraltest.ru http://www.uraltest.ru



Аттестат аккредитации на право поверки средств измерений № 003 от 08.08.2011 г., со сроком действия до 31 декабря 2015 г.
ФБУ «УРАЛТЕСТ» соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 (Международному стандарту ISO/IEC 17025:2005)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 444972

Действительно до « 30 » сентября 2014 г.

Средство измерений Машина испытательная ZWICK Z 050
наименование, тип

относительная погрешность $\delta_0 \pm 1\%$; до 50 kN

диапазон измерений или номинальное значение, класс точности, разряд или погрешность

048482570

серия и номер клейма предыдущей поверки (если имеются)

заводской номер 184754/2008

принадлежащее ИМЕТ УрО РАН, ИНН 6661004301

наименование юридического (физического) лица, ИНН

поверено в соответствии с Методика поверки РД 50 - 482 - 84

наименование и номер документа, на методику поверки

с применением эталонов Динамометр АЦДУ-50И-1 ; № 48

наименование, заводской номер, разряд, класс или погрешность

$\delta_0 \pm 0,12\%$; до 50 kN

при следующих значениях влияющих факторов Температура $t = 18^\circ\text{C}$

приводят перечень влияющих факторов,

относительная влажность воздуха 50%

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки
(протокол № 97 от 30.09.2013г.) признано пригодным к применению.

Поверительное клеймо



Начальник отдела

(подпись)



И.А. Калико-Шулиш

(инициалы, фамилия)

Поверитель

(подпись)

В.И. Копейкин

(инициалы, фамилия)

« 30 » сентября 2013 г.